



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ04.Н08556

Срок действия с 23.04.2014 по 22.04.2017

№ 0606607

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ИМ04.
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП"
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1, стр. 2, тел. (499) 641-55-27, факс (499)
641-55-27/www.ccme.ru.

ПРОДУКЦИЯ Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый
бактерицидный ОРУБ-СП-"КРОНТ".
ТУ 9451-031-11769436-2007.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

94 5140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3,4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005

код ТН ВЭД России:

8543 70 590 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "КРОНТ-М". ИНН: 5047004056.
Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "КРОНТ-М".
ОКПО: 11769436, ИНН: 5047004056. Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Спартаковская,
д. 9, пом. 1. Телефон (495)572-84-10.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 188/2014 от 22.04.2014г.
ИЦ ООО "ЦСМИ ВНИИМП", рег. № РОСС RU.0001.21ИМ02;
Протоколов испытаний № 2014-30.1 от 04.02.2014г., № 2014-030.1.014 от 04.02.2014г.
ИЛ ЗАО "НИИМТ", рег. № РОСС RU.0001.21ИМ41;
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития № ФСР 2008/02501 от 17.04.2008г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование продукции знаком соответствия
допускается.



Руководитель органа


подпись

А.В. Машков
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Л.Ф. Будник
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации